

管理番号：2-63A021

2018年8月吉日

お客様各位

超音波工業株式会社

東京都立川市柏町 1-6-1

TEL 042-537-1711

FAX 042-536-8485

製造中止機器の報告とご案内

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。

さて、「超音波濃度計 UAM-4 型」につきましては、諸般の事情により、2010年3月をもちまして製造を中止させていただきました。長年に渡りますご愛顧に対しまして、感謝と御礼を申し上げます。

なお、製造中止機種より改良を行いバージョンアップタイプになっております後継機種と致しまして、「超音波濃度計 UAM-4 MK II 型」を販売しておりますので、併せましてご案内申し上げます。

今後とも引き続き、ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- (1) 製造中止機種型式：超音波濃度計 UAM-4
- (2) 後継機種型式：超音波濃度計 UAM-4 MK II
- (3) 製造中止機種からの主な変更点

変換器取付寸法

内 容	製造中止機種 UAM-4(変換器型式 AE4F)	後継機種 UAM-4MK II (変換器型式 AE4G)
保護等級	IP65	IP66 相当
主要材質	アルミ合金	鋼板
外観寸法	392×240×139(mm) H×W×D	392×260×149(mm) H×W×D

※製造中止機種と後継機種でのセンサの互換性はございます。

※変換器の取付ピッチに変更はございません。

ご不明点、ご質問につきましては、弊社営業までお問い合わせ下さいますよう、お願い申し上げます。

以上